



ประกาศโรงพยาบาลส่วนสราญรมย์

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลส่วนสราญรมย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

- | | | | |
|---|-------|---|---------|
| ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ ๓ แก๊ส
พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่อง
ติดตามการทำงานของหัวใจ | จำนวน | ๑ | เครื่อง |
| ๒. เครื่องรักษาโดยการกระตุ้นให้ชัก
ด้วยไฟฟ้า (Electroconvulsive
Therapy ECT) | จำนวน | ๑ | เครื่อง |

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกจับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบka

๗. เป็นบุคคลธรรมชาติหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาล
ส่วนสราญรมย์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารเชิญหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ

เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งความคุ้มกันเข่นวันนี้

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
..... ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.suansaranrom.go.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๗๘๑ ๖๕๐๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ \๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพรธนก ตัณฑศุภศิริ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง^{ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์}
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกรอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อตัวยาระบบประมวลผลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

ตามประกาศ โรงพยาบาลส่วนราชการรัฐวิสดิฐ

ลงวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

โรงพยาบาลส่วนราชการรัฐวิสดิฐ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อตัวยาระบบประมวลผลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

- | | | | |
|--|-------|---|---------|
| ๑. เครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊สพร้อม | จำนวน | ๑ | เครื่อง |
| เครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ | | | |
| ๒. เครื่องรักษาโดยการกระตุนให้ชัก | จำนวน | ๑ | เครื่อง |
| ด้วยไฟฟ้า (Electroconvulsive Therapy ECT) | | | |

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อตัวยาระบบประมวลผลราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 - ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - ๑.๓ สัญญาซื้อขายที่ไว้ไป
 - ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
 - ๑.๕ บញ្ជី
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
 - ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๓ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มเหลว
๒.๕ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๖ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระบวนการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๗ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขอิวไนบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๘ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๙ เป็นบุคคลธรรมดายังไม่เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชญาพสุดที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความฟ้องและกล่าว

๒.๑๐ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรม ณ วันประกาศประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความฟ้องและกล่าว หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความฟ้องและกล่าว

๒.๑๑ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งความคุ้มกัน เช่น อาจปฎิเสธไม่ยอมเข้ามาในประเทศไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งความคุ้มกันเข่นว่ามัน

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
 - (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่น

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้อีกสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบท้ายสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดายังเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคดตาล็อกและ/หรือแบบรูปประการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคาร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคาร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลส่วนราชการ

ราคานี้ที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนยันมาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาก็ได้ ภายในกำหนดยืนยันราคานี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคานี้ต้นได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคานี้ได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรม ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคดตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ (๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ ๓ แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ (๒) เครื่องรักษาโดยการกระตุนให้ชักด้วยไฟฟ้า (Electroconvulsive Therapy: ECT) ไปพร้อมการเสนอราคานทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กรมจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคานี้ ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมวลราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคานทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคานี้ให้ถูกต้องตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคานี้แล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคานี้โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคานี้ในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคานี้แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคานี้แก่ กรม ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ กรม จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ กรม

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาน้ำที่เสนอจะต้องเป็นราคาน้ำรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจาก ราคาต่อรายการ

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้ เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรมกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ กรมสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้ในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม

- (๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคายิเล็กทรอนิกส์หรือในการที่สัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคายิเล็กทรอนิกส์หรือกรมมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ กรมทรงไว้ว่าสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานั่น儿ราคาได้ หรือราคาที่เสนอหักหมด ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคายิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กรมเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ รวมทั้งกรม จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคายิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทึ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในการนี้ที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคายิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคายิเล็กทรอนิกส์หรือกรม จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนั้นซึ่งแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคายิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคากองผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญางามอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคายิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขัดขวางการประกวดราคายิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคายิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อขายจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคายิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือกรณีที่ไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคายิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับกรมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวงหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อสิ่งของที่ประกวดราคายิเล็กทรอนิกส์ให้กรณีที่ต้องไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟ์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารรายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในหน้า โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีตอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ช่วยการประกรดราคาก่อตั้ง (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีตอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรมฯ ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรมฯ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง แล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และกรมฯ ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกรดราคาก่อตั้ง (ผู้ขาย) หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราอัตรายละ ๐.๒๐ ของราคาก่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ช่วยการประกรดราคาก่อตั้ง (ผู้ขาย) ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ กรมฯ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.

๒๕๖๓

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อกรมฯได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อกรมฯได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการ

ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในสัมภาระที่ไม่ได้เดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือภายใต้เวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรณีจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทั้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ กรณีส่วนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้อธิบายที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ กรณีอาจประกาศเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากรัฐไม่ได้

(๑) กรณีไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก

ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กรม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับกรม ไว้ชั่วคราว





บันทึกข้อความ

เลขหน้าห้อง ผด.
เลขรับ 7828
วันที่ 15 พย. 62
เวลา 9.28 น.

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โทร. ๖๒๕๔๐

ที่ ศธ.๑๗๓๐.๙๐๗/ ๑๐๗ฯ

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชื่อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมสุขภาพจิต
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ที่ ๘๑๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางชื่อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประการเชิญชวนทั่วไป (ประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Bidding : e - bidding) เพื่อประกอบการจัดซื้อตามระเบียบฯ (วิธีการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Bidding : e-bidding) รายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งดังกล่าวได้ร่วมกันพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะชื่อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติ เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประการเชิญชวนทั่วไป (ประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Bidding : e - bidding) ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ลงชื่อ.....
(นางกริณี สังข์ประคง)

ลงชื่อ.....
(นางสาวจิพร นวลศรี)

ลงชื่อ.....
(นาย Jarvis ทองมาก)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายปานะนัย ศรีโพธิ์ชัย)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

นายพรรรณ ตันติศุภศิริ)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง¹
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์
๑๕ พย. ๖๒

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
โรงพยาบาลส่วนราษฎร์ กรมสุขภาพจิต
ด้วยวิธีประการเชิงขวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Bidding : e-bidding)

๑. ความเป็นมา

ด้วยโรงพยาบาลส่วนราษฎร์ จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
ด้วยเงินงบประมาณโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการรักษาในโรงพยาบาลส่วนราษฎร์

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อุปะหะระหว่างเดิมกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วงเวลา
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเวียนข้อให้เป็นผู้ทั้งงาน ของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรมสุขภาพจิต
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ระบุ
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งและความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสารสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินเหลือครึ่งปีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนพฤษจิกายน ๒๕๖๒ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๖. ระยะเวลาส่งมอบ

ระยะเวลาส่งมอบพัสดุภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๗. วงเงินงบประมาณในการจัดหา

จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๓,๐๖๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านหกหมื่นบาทถ้วน)

๘. ราคากลาง

๑. เครื่องคอมยาระบบทนิด ๓ แก๊สร้อนเครื่องซ่อมหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑,๗๖๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

๒. เครื่องรักษาโดยการกระตุนให้ชักด้วยไฟฟ้า (Electroconvulsive Therapy: ECT) จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

รวมเป็นเงิน ๓,๐๖๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านหกหมื่นบาทถ้วน)

๙. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประ gw ราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลสวนสระบุรี จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา (พิจารณาความแต่ไม่เกินราคากลางแต่ละรายการ)

๑๐. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสวนสระบุรี กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางกริณี สังษ์ประคง)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวจิรพร นวลศรี)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายจาเร็ง ทองมาก)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตของงาน

ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

๑. เครื่องรักษาโดยการกระตุนให้ชักด้วยไฟฟ้า (Electroconvulsive Therapy: ECT) จำนวน ๑ เครื่อง
ราคา ๑,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยทางจิตที่ไม่สามารถรักษาด้วยยาได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเรื้อรัง ดังนั้นการใช้เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้าจะทำให้การรักษาผู้ป่วยทางจิตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

๒. คุณลักษณะทั่วไป

- ๒.๑ เป็นเครื่องที่มีการทำงานแบบ ๔ ช่อง
- ๒.๒ เครื่องสามารถวัด EEG, EMG, ECG และ Heart Rate
- ๒.๓ ตั้ง dose ได้ ตามอายุ threshold หรือการตอบสนองทางสรีรศาสตร์เป็นเบอร์เข็มต์ของพลังงาน หรือ mC stimulus charge
- ๒.๔ ให้ประสิทธิภาพของการกระตุนสูงสุดที่แบบ bilateral brief pulse ที่พัลส์วิดธ์ (pulsewidth) ๐.๕ มิลลิวินาที โดยมีผลข้างเคียงน้อย สามารถจ่ายได้ทุก Dose รวมทั้ง Dose สูงสุด
- ๒.๕ มีระบบเตือนด้านความปลอดภัยอัตโนมัติ โดยผู้ใช้งานสามารถได้ยินเสียง警報 ขณะทำการกระตุน
- ๒.๖ มีการวัด Postictal suppress index และ seizure เพื่อบอกข้อมูลของ seizure และ เวลาให้ ทราบทันที
- ๒.๗ มีการทดสอบการทำงานของเครื่องได้ง่ายและรวดเร็ว
- ๒.๘ พิมพ์ผลผ่านเครื่องพิมพ์ในเครื่องได้
- ๒.๙ ใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้
- ๒.๑๐ ใช้ได้กับไฟ ๒๒๐ โวลต์

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๓.๑ สามารถกระตุนแบบ Ultrabrief ได้
- ๓.๒ สามารถหา seizure induction ได้ง่าย โดยใช้วิธีการ age-adjust titration method
- ๓.๓ สามารถวัดประมวลผลสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมองที่ระดับของ consciousness และ cortical activity ได้ ๘๕% Spectral Edge Frequency, Relative Delta Power และ Median Frequency
- ๓.๔ ตัวเครื่องเป็นชนิด ๔ ช่องสัญญาณ สามารถสังเกตการณ์ผลคลื่น ๒ ช่องสัญญาณ EEG, ๑ ช่องสัญญาณ ECG , ๑ ช่องสัญญาณ EMG จากการเครื่องพิมพ์ผล ติดตั้งมาภายในตัวเครื่องหลัก
- ๓.๕ สามารถเลือกการแสดงผล EEG ในทั้งรูปแบบ ๒ ช่อง และ ๔ ช่อง
- ๓.๖ เลือกรูปแบบการทำงานของเครื่องทั้งในแบบมาตรฐานรวมทั้งสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ด้วยปุ่ม ปรับด้านหน้า
- ๓.๗ มีระบบบันทึกผลทางการแพทย์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (EMR) สำหรับบันทึกผลการตรวจไว้ในระบบ ฐานข้อมูลโรงพยาบาล
- ๓.๘ วัดค่า EEG Coherence ของ maximum sustained coherence และ time to peak coherence.
- ๓.๙ วัดค่า EEG Amplitude สำหรับ Sustained EEG power และ average seizure energy โดย แยกค่า early, mid- และ postictal seizure phase.

- ๓.๑๐ วัดค่า Heart Rate รวมถึง peak heart rate
- ๓.๑๑ มีระบบการทำงานแบบ ๓๒- Bit และสามารถจัดเก็บข้อมูล EEG ภายในเครื่อง และรองรับ การส่งต่อข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ได้
- ๓.๑๒ มีหน่วยความจำในเครื่องและ สามารถพิมพ์ผลการรักษาครั้งสุดท้ายได้
- ๓.๑๓ เครื่องมีระบบป้องกันผู้ป่วยจากการได้รับกระแสไฟฟ้าที่มากเกินค่าที่กำหนดไว้
- ๓.๑๔ สามารถบันทึกคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (True EMG) ที่มีการกระตุกจาก seizure
- ๓.๑๕ แสดงค่า Postictal Suppression Index
- ๓.๑๖ มีการวิเคราะห์ค่า EEG อย่างต่อเนื่อง พิมพ์ผล EEG และ Motor Seizure duration ได้ อัตโนมัติ
- ๓.๑๗ มีระบบ Extended Seizure Alert และ Audible EEG Monitor
- ๓.๑๘ สามารถเลือก Rapid Stimulus Titration ได้
- ๓.๑๙ สัญญาณกระตุนด้านขาออก (Stimulus Output)
- กระแสไฟฟ้าที่ ๐.๙ แอมเปอร์
 - ความถี่ ๑๐-๗๐ เฮิรตซ์ เพิ่มครั้งละ ๑๐ เฮิรตซ์
 - พัลส์วิดธ์ (Pulse width) สามารถเลือกได้ที่ ๐.๒๕ มิลลิวินาที และที่ ๐.๕ - ๑.๕ มิลลิวินาที เพิ่มได้ครั้งละ ๐.๒๕ มิลลิวินาที
 - ความกว้างพัลส์ (Duration) ๐.๑๕-๔.๐ วินาที
 - ที่ความต้านทาน ๒๒๐ โอม์ มาตรฐานของกำลังไฟฟ้าขาออก (Maximum Output) มีค่า ๔๐๔ มิลลิคูลومบ์ ที่กำลังไฟฟ้า ๙๙.๘ จูลส์ หรือ มาตรฐานของกำลังไฟฟ้าขาออกเมื่อ ตั้งค่า โบทม Double Dose มีค่า ๑๐๐๔ มิลลิคูลومบ์ ที่กำลังไฟฟ้า ๙๙.๖ จูลส์
- ๓.๒๐ การบันทึกผล ได้ ๘ user สามารถเลือกอัตราขยายได้ ๑๐, ๒๐, ๕๐, ๑๐๐, ๒๐๐, ๕๐๐ และ ๒,๐๐๐ ไมโครโอลต์/เซนติเมตรหรือเลือกได้มากกว่า
- ๓.๒๑ มีรีโมทสำหรับกดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อกระตุนรักษารวมทั้งการกระตุนแบบ Unilateral
- ๓.๒๒ สามารถบันทึกผลการตรวจผ่านคอมพิวเตอร์และพิมพ์ผลได้
- ๓.๒๓ สามารถใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์เพื่ออ่านค่าและบันทึกค่าได้

๔. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๔.๑ กระดาษพิมพ์ผลแบบ thermal	จำนวน ๑ ชุด
๔.๒ MouthGuard™ oral protector ขนาดใหญ่	จำนวน ๓๐ ชุด
๔.๓ Foam handle	จำนวน ๑ ชุด
๔.๔ ชุดสายต่าง ๆ	จำนวน ๑ ชุด
๔.๕ ชุดอิเล็กโทรด	จำนวน ๑ ชุด
๔.๖ ยางรัดศีรษะ	จำนวน ๑ ชุด
๔.๗ User Manual	จำนวน ๑ ชุด
๔.๘ Genie IV software	จำนวน ๑ ชุด
๔.๙ สายสำหรับกระตุนเพื่อรักษา (Treat Cable)	จำนวน ๒ ชุด
๔.๑๐ สายสำหรับวัดคลื่นไฟฟ้าของผู้ป่วย (Patient Monitor Cable)	จำนวน ๒ ชุด
๔.๑๑ ชุด Remote Treat Handle	จำนวน ๑ ชุด
๔.๑๒ ชุดด้ามจับ (Electrode Handle)	จำนวน ๑ ชุด

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๑ มีหนังสือคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ ๑ ชุด
- ๔.๒ บริษัทรับประกันคุณภาพเฉพาะเครื่องในสภาวะการใช้งานปกติ (ไม่รวมอุปกรณ์) เป็นระยะเวลา ๒ ปี
- ๔.๓ บริษัทผู้ขายจะต้องส่งซ่อมมาตรฐานเช็ค บำรุงรักษาเครื่องให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และทำแผนปฏิบัติงานทุกๆ ๖ เดือน โดยช่าง ผู้ชำนาญการ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วัน
- ๔.๔ ในระหว่างประกัน ทางบริษัทฯ จะทำการฝึกอบรมในการใช้งานเครื่องให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
- ๔.๕ ในกรณีที่เครื่องมีปัญหาการใช้งานในระหว่างประกัน บริษัทสามารถนำเครื่องมาทดแทนในระหว่างการแก้ไข

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางกริณี สังข์ประคง)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวจิรพร นวลศรี)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นาย Jarvis ทองมาก)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตของงาน
ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

๒. เครื่องคอมมายาสลบชนิด ๓ แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และวิเคราะห์แก๊ส
ระหว่างการคอมมายาสลบ จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑,๗๖๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เครื่องคอมมายาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจควบคุมการทำงานด้วยระบบดิจิตอลแสดงผลบนจอภาพสีสามารถ
วัดก้าซคอมมายาสลบ และเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ คุณสมบัติครบตามข้อกำหนด ประกอบด้วย

- | | |
|--|-----------------|
| ๑. เครื่องคอมมายาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจควบคุมการทำงานด้วยระบบดิจิตอล | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๒. เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ | จำนวน ๑ เครื่อง |

๒. คุณลักษณะทั่วไป

- ๒.๑ เป็นเครื่องคอมมายาสลบแบบใช้ก้าซ ๓ ชนิด คือ ก้าซออกซิเจน (O_2), ก้าซไนตรัสออกไซด์ (N_2O) และก้าซอากาศ (Air) สามารถใช้ร่วมกับระบบจ่ายก้าซของโรงพยาบาลได้
- ๒.๒ เครื่องช่วยหายใจเป็นชนิดที่ประกอบอยู่ในเครื่องคอมมายาสลบ (Built-in) มาจากโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๓ ระบบปรับอัตราการไหลของก้าซ (Flowmeter) เป็นแบบปรับหมุนแสดงเป็นตัวเลขดิจิตอลและ flowmeter ที่หน้าจอ
- ๒.๔ สามารถวัดปริมาณของก้าซชนิดต่างๆ ในลมหายใจและก้าซยาคอมมายาสลบแบบอัตโนมัติ
- ๒.๕ ใช้กับกระแสงไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ทซ์ พร้อมกับมีแบตเตอรี่สำรองในตัวเครื่องคอมมายาสลบ
- ๒.๖ เครื่องคอมมายาสลบเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือทวีปยุโรป
- ๒.๗ ตัวเครื่อง (Machine), เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator) และเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ (Monitor)
เป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเดียวกัน

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ เครื่องคอมมายาสลบ

- ๓.๑.๑ เครื่องคอมมายาสลบ มีล้อ ๔ ล้อ พร้อมกับที่ล็อกล้อเป็นแบบ Central brake
- ๓.๑.๒ มีลิ้นชักสำหรับเก็บอุปกรณ์อย่างน้อย ๒ ลิ้นชัก
- ๓.๑.๓ มีสวิทช์ปิด-เปิด การทำงานของเครื่องคอมมายาสลบอยู่ด้านหน้า
- ๓.๑.๔ แนวตั้งตรงด้านข้างทั้งสองของเครื่องคอมมายาสลบมีรางสำหรับดึงติดมอนิเตอร์และ อุปกรณ์ต่างๆ
- ๓.๑.๕ มีที่สำหรับแขวนเครื่องทำน้ำยาสลบเหลวให้กล้ายเป็นไอ (Vaporizer) ได้ ๒ ตัว ในแนวเดียวกัน
- ๓.๑.๖ ที่จุควบคุมเครื่องช่วยหายใจ หรือที่ตัวเครื่องคอมมายาสลบมีหน้าปัดสามารถบากแรงดันของก้าซ
ซึ่งอ่านได้สะดวก โดยแยกก้าซแต่ละชนิดจากระบบจ่ายก้าซกลาง (Pipeline) หรือจากถังสำรอง (Tank)
- ๓.๑.๗ มีที่แขวนถังก้าซสำรองสำหรับก้าซออกซิเจน และอากาศ หรือไนตรัสออกไซด์ติดอยู่ที่ด้านหลัง
ของเครื่องคอมมายาสลบ
- ๓.๑.๘ มีปุ่มสำหรับกดให้ออกซิเจนฉุกเฉิน (O_2 Flush Valve) อยู่ด้านหน้าของตัวเครื่อง
- ๓.๑.๙ มีจุดต่อสำหรับใช้ชุดคอมมายาชนิดอื่น (Auxiliary Common Gas Outlet) เช่น Jackson Ree,
Bain Circuit อยู่ที่ด้านหน้าของเครื่อง
- ๓.๑.๑๐ มีชุดให้ก้าซออกซิเจน (Auxiliary O_2 Flowmeter) สามารถปรับอัตราการไหลของก้าซได้ติดตั้ง
 - ผิงมาในตัวเครื่องคอมมายาสลบ (Built In) และอยู่ที่ด้านหน้าของเครื่องคอมมายาสลบจากโรงงานผู้ผลิต

- ๓.๑.๑๖ มีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อตัดการให้เหลือก๊าซในตรัสออกไซด์ (Shut off Nitrous) เมื่อแรงดันก๊าซออกซิเจนต่ำกว่ากำหนด
- ๓.๑.๑๗ สามารถเพิ่มพื้นที่ทำงาน (work surface) เป็นแบบพับเก็บได้ (flip shelf) เมื่อต้องการได้ในอนาคต (Optional)
- ๓.๒ เครื่องปรับอัตราการให้เหลือก๊าซ
- ๓.๒.๑ มีเครื่องปรับอัตราการให้เหลือก๊าซ ๓ ชนิด คือ ก๊าซออกซิเจน (O_2), ก๊าซในตรัสออกไซด์ (N_2O) และอากาศ (Air)
- ๓.๒.๒ เป็นชนิดปรับอัตราการให้เหลือก๊าซ โดยอ่านค่าจากตัวเลขดิจิตอล พร้อมแสดงอัตราการให้เหลือก๊าซแต่ละชนิดเป็นบาร์กราฟ โดยแยกสัญลักษณ์สีแต่ละชนิดที่หน้าจอ
- ๓.๒.๓ ปรับอัตราการให้เหลือก๊าซออกซิเจนได้ตั้งแต่ ๐.๑๕ - ๑๐ ลิตรต่อนาที หรือกว้างกว่า
- ๓.๒.๔ ปรับอัตราการให้เหลือก๊าซในตรัสออกไซด์ได้ตั้งแต่ ๐ - ๑๐ ลิตรต่อนาที หรือกว้างกว่า
- ๓.๒.๕ ปรับอัตราการให้เหลืออากาศ (Air) ได้ตั้งแต่ ๐ - ๑๕ ลิตรต่อนาที หรือกว้างกว่า
- ๓.๒.๖ มีระบบรักษาความปลอดภัย (Hypoxic Guard) ควบคุมให้มีก๊าซออกซิเจนไม่ต่ำกว่า ๒๕ เปอร์เซ็นต์ของก๊าซที่ผสม ระหว่างก๊าซออกซิเจนกับในตรัสออกไซด์ตลอดเวลาที่دمยาสลบผู้ป่วย
- ๓.๒.๗ สามารถเพิ่มพังก์ชัน ecoFLOW ที่แสดงอัตราการให้รวมของก๊าซ (Fresh Gas Flow), อัตราการให้รวมของออกซิเจน (O_2 total flow), ระดับต่ำสุดของ FiO_2 ใน Total Flow ที่คนไข้ยังคงปลอดภัย, ปริมาณและราคาของน้ำยาตามส่วนได้ ถ้าต้องการในอนาคต (Optional)
- ๓.๓ อุปกรณ์ดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2 Absorber)
- ๓.๓.๑ มีสวิตซ์สำหรับปรับไปใช้กับเครื่องช่วยหายใจ (Bag to Ventilator Switch)
- ๓.๓.๒ มีวาล์วสำหรับปรับแรงดันในวงจรدمยา (APL Valve)
- ๓.๓.๓ ที่บรรจุสารดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Sodalime Canister) บรรจุได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ กรัม สามารถถอดประกอบได้ง่าย
- ๓.๓.๔ อุปกรณ์ที่สัมผัสกับลมหายใจออกของผู้ป่วยสามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้ที่อุณหภูมิสูง ๑๓๕°C และถอดประกอบได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
- ๓.๓.๕ มีระบบ CO_2 Bypass ทำให้สามารถเปลี่ยน Sodalime ในระหว่างใช้งานได้โดยไม่มีการรั่วของก๊าซdmยาสลบ
- ๓.๓.๖ มีระบบกำจัดก๊าซเสีย (Scavenging System) จากเครื่องdmยาสลบ ที่สามารถต่อใช้งานร่วมกับระบบ Pipeline ของทางโรงพยาบาลได้
- ๓.๔ เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator)
- ๓.๔.๑ เป็นเครื่องช่วยหายใจที่ประกอบเสร็จ (Built in) มาพร้อมกับเครื่องdmยาสลบ มีจอแสดงผลการบริหารระบบการหายใจ
- ๓.๔.๒ เป็นเครื่องช่วยหายใจที่ใช้สำหรับช่วยหายใจขณะdmยาสลบ ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่
- ๓.๔.๓ เป็นเครื่องช่วยหายใจที่สามารถจ่าย Peak gas flow ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ L/min
- ๓.๔.๔ จดควบคุมและแสดงผล เป็นชนิดจอสีแบบ Touch screen และ Knob ควบคุมการใช้งาน มีขนาดอย่างน้อย ๑๒ นิ้ว
- ๓.๔.๕ กระเบาะลูกยางบีบ ชนิด Ascending Bellow ปรับบริಮารตได้สูงสุด ๑๕๐๐ มิลลิลิตร และสามารถนึ่งฆ่าเชื้อโรคได้ที่อุณหภูมิสูงถึง ๑๓๕°C

- ๓.๔.๖ มี Mode การทำงานอย่างน้อยดังนี้แบบ VCV , PCV , SIMV , PSV (Pressure Support) และสามารถเพิ่มเติม mode PCV-VG หรือ PPCVได้ในอนาคตเมื่อต้องการ (Optional)
- ๓.๔.๗ สามารถตั้งปริมาตรการหายใจในแต่ละครั้ง (Tidal Volume) ได้ตั้งแต่ ๒๐ - ๑๕๐ มิลลิลิตร
- ๓.๔.๘ สามารถตั้งระดับความดันการหายใจ (Pressure Inspired) ในระบบควบคุมด้วยความดัน (Pressure Control) ได้ตั้งแต่ ๕-๖๐ เซนติเมตรน้ำ
- ๓.๔.๙ สามารถตั้งอัตราการหายใจ (Rate) ให้ตั้งแต่ ๕-๙๙ ครั้งต่อนาที
- ๓.๔.๑๐ สามารถตั้งอัตราส่วนการหายใจเข้าและออกได้ระหว่าง ๒:๑ ถึง ๑:๕
- ๓.๔.๑๑ สามารถควบคุมความดันบวกในวงจรการหายใจ (PEEP) แบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ระหว่าง ๕ ถึง ๒๐ เซนติเมตรน้ำ หรือกว้างกว่า
- ๓.๔.๑๒ สามารถตั้ง Flow Trigger ได้ตั้งแต่ ๕-๑๐ ลิตรต่อนาที
- ๓.๔.๑๓ มีแบบเตอร์สำรองที่สามารถใช้งานได้อย่างน้อย ๓๐ นาที
- ๓.๕ ภาควัดปริมาณกําชต่างๆ ขณะดมยาสลบ**
- ๓.๕.๑ สามารถวัดปริมาณของกําชชนิดต่างๆ ในลมหายใจและกําชาดมยาสลบแบบอัตโนมัติเป็นชนิดไม่ดูด
- ๓.๕.๒ ใช้เทคนิคต่างๆ ในการตรวจวัดปริมาณกําชต่างๆ ดังนี้
- กําชออกซิเจน ใช้ระบบ Paramagnetic
 - มีระบบการบ่งชี้สารดมยาสลบที่ใช้โดยอัตโนมัติ (Agent Identification)
- ๓.๕.๓ สามารถวัดปริมาณกําชออกซิเจนได้ ทั้ง FiO_2 และ EtO_2
- ๓.๕.๔ สามารถวัดปริมาณกําชคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ทั้ง FiCO_2 และ EtCO_2 และสามารถแสดงรูปกราฟได้
- ๓.๕.๕ สามารถวัดปริมาณกําชในตัวสูญเสียได้
- ๓.๕.๖ มีอัตราการสูบดูดตัวอย่าง เพื่อดูดกําชเข้าไปวัด ๒๐ มิลลิลิตรต่อนาที หรือน้อยกว่า
- ๓.๕.๗ สามารถแสดงค่า Minimum Alveolar Concentration (MAC)
- ๓.๕.๘ สามารถตรวจวัดและบ่งชี้สารดมยาสลบโดยอัตโนมัติของน้ำยาสลบทั้ง ๕ ชนิด
- น้ำยาโคลเคน, ไอโซฟลูเรน, เอ็นฟลูเรน ๐ - ๖%
 - น้ำยาซีโวฟลูเรน ๐ - ๘%
 - น้ำยาเดสฟลูเรน ๐ - ๒๐%

๔. เครื่อง悱ติดตามสัญญาณชีพ

- ๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป
- ๔.๑.๑ เป็นเครื่อง悱ติดตามการทำงานของหัวใจ, วัดความดันโลหิตแบบภายในและภายนอก, อัตราการเต้นของหัวใจ, อัตราการหายใจ, ปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และอุณหภูมิของผู้ป่วยในห้องผ่าตัด
- ๔.๑.๒ จอภาพสีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว
- ๔.๑.๓ สามารถแสดงรูปคลื่นสัญญาณต่าง ๆ (Waveforms) ได้ ๖ รูปคลื่น
- ๔.๑.๔ ควบคุมการทำงานด้วย Touch screen, Keypad และ Trim knob
- ๔.๑.๕ สามารถใช้ได้กับไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ทซ์ และแบบเตอร์อิอยู่ภายในตัวเครื่องสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องอย่างน้อย ๓ ชั่วโมง

๔.๒. คุณลักษณะเฉพาะ

ภาคแสดงผล

- ๔.๒.๑ ภาคแสดงผลสามารถแสดงรูปคลื่นสัญญาณต่าง ๆ ได้พร้อมกัน ๖ รูปคลื่น
- ๔.๒.๒ จอภาพสีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว ความละเอียด ๑๒๘๐ X ๘๐๐ จุด
- ๔.๒.๓ สามารถแสดงสัญญาณเตือน (Alarm) ต่าง ๆ ที่ทำการตรวจวัดได้
- ๔.๒.๔ สามารถเก็บข้อมูลในรูปแบบของกราฟได้สูงสุด ๑๖๕ ชั่วโมง
- ๔.๒.๕ สามารถเก็บข้อมูลในรูปแบบของตัวเลขได้ทุกparametertoที่ตรวจวัด

ภาคติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG)

- ๔.๒.๖ สามารถเลือกติดตามและแสดงรูปคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ได้ทั้งแบบ ๓ ลีด หรือ ๕ ลีด
- ๔.๒.๗ สามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจได้ ๓๐ – ๓๐๐ ครั้งต่อนาที
- ๔.๒.๘ สามารถวิเคราะห์ ST analysis ได้
- ๔.๒.๙ สามารถวัดอัตราการหายใจโดยใช้เทคนิคการวัดแบบ Impedance
- ๔.๒.๑๐ สามารถวัดอัตราการหายใจได้ไม่น้อยกว่า ๔ - ๘๐ ครั้งต่อนาที

ภาควัดความดันโลหิตภายนอก (NIBP)

- ๔.๒.๑๑ สามารถวัดความดันโลหิตแบบปั่มน้ำหนึ่งเส้น โดยใช้เทคนิคการวัดแบบ Oscillometric with step deflation
- ๔.๒.๑๒ สามารถวัดความดันได้ตั้งแต่เด็กเล็กถึงผู้ใหญ่
- ๔.๒.๑๓ สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้ง ๓ ค่า คือ Systolic, Diastolic และ Means
- ๔.๒.๑๔ สามารถวัดความดันโลหิตได้หลายรูปแบบ คือ Manual, Automatic และ STAT

ภาควัดความดันโลหิตแบบภายใน (IBP)

- ๔.๒.๑๕ สามารถวัดความดันโลหิตแบบเทงเส้น (Invasive Blood Pressure) ได้
- ๔.๒.๑๖ สามารถวัดความดันโลหิตได้อย่างน้อยตั้งแต่ -๔๐ ถึง ๓๒๐ mmHg
- ๔.๒.๑๗ สามารถแสดงรูปคลื่นของความดันโลหิตที่วัดได้

ภาควัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO_2)

- ๔.๒.๑๘ สามารถวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร โดยใช้เทคโนโลยีการวัดแบบ Masimo
- ๔.๒.๑๙ สามารถแสดงค่า SpO_2 และกราฟ Plethysmograph ได้
- ๔.๒.๒๐ สามารถวัดค่า SpO_2 ได้อย่างน้อย ๕๐% -๑๐๐% หรือมากกว่า
- ๔.๒.๒๑ สามารถแสดงค่า Perfusion Index (PI) ได้

ภาควัดอุณหภูมิ

- ๔.๒.๒๒ สามารถวัดอุณหภูมิผู้ป่วยได้ตั้งแต่ $10^{\circ}C$ - $45^{\circ}C$
- ๔.๒.๒๓ สามารถวัดอุณหภูมิร่างกายได้ ๒ ตำแหน่งพร้อมกันได้

๕. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๕.๑ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ Biphasic	จำนวน ๑ เครื่อง
๕.๒ Corrugated tube (ผู้ใหญ่)	จำนวน ๒๐ เส้น
๕.๓ Y-Piece	จำนวน ๑ อัน
๕.๔ Elbow	จำนวน ๑ อัน
๕.๕ ถุงลม ๒ ลิตร	จำนวน ๑ ใบ

๕.๖ หน้ากากดมยาสลบ ขนาดเล็ก (No. ๓), กลาง (No. ๔)	ขนาดละ ๒๐ อัน
๕.๗ สายรัดหน้ากาก	จำนวน ๑ ชุด
๕.๘ สายนำก๊าซออกซิเจนพร้อมหัวต่อ pipeline	จำนวน ๑ ชุด
๕.๙ สายนำก๊าซในตัวสอกรไชเดอร์พร้อมหัวต่อ pipeline.	จำนวน ๑ ชุด
๕.๑๐ สายนำอากาศพร้อมหัวต่อ pipeline	จำนวน ๑ ชุด
๕.๑๑ ท่อ ก๊าซออกซิเจน และในตัวสอกรไชเดอร์ขนาด “E” (ผลิตภัณฑ์ภายใต้ประเทศไทย)	จำนวน ๑ ชุด
๕.๑๒ Straight T-adapter	จำนวน ๒ อัน
๕.๑๓ Elbow with sampling port	จำนวน ๒ อัน
๕.๑๔ Sampling Line	จำนวน ๑๐ เส้น
๕.๑๕ Water trap	จำนวน ๕ อัน
๕.๑๖ ชุดกำจัดก๊าซเสีย (Scavenging System)	จำนวน ๑ ชุด
๕.๑๗ สายต่อสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แบบ ๓ ลีด	จำนวน ๒ ชุด
๕.๑๘ สายท่อลม (NIBP Hose)	จำนวน ๑ ชุด
๕.๑๙ ผ้าพันแขนวัดความดันขนาดผู้ใหญ่	จำนวน ๕ ชุด
๕.๒๐ Anesthetic bag	จำนวน ๒๐ ชุด
๕.๒๑ ตัววัด SpO ₂ ที่นิ้วนิ้ด Finger Probe	จำนวน ๒ ชุด

๖. เพื่อนไขเฉพาะ

- ๖.๑ มีคุณสมบัติใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่าง流利 ๑ ชุด
- ๖.๒ รับประกันคุณภาพ ๒ ปี นับตั้งแต่วันรับมอบของครบเป็นต้นไป โดยจะต้องมีอะไหล่ไว้พร้อมบริการไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๖.๓ บริษัทผู้ขายจะต้องส่งช่างมาตรวจเช็ค บำรุงรักษาเครื่องให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และทำแผนปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
- ๖.๔ ในกรณีที่เครื่องมีปัญหาการใช้งานในระหว่างประกัน บริษัทสามารถนำเครื่องมาทดแทนในระหว่างการแก้ไข

ลงชื่อ.....
(นางกริณี สังข์ประคง)

ลงชื่อ.....
(นางสาวจิรพร นวลศรี)

ลงชื่อ.....
(นาย Jarvis ทองมาก)

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายการ (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ชื่อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลส่วนราชการ กรมสุขภาพจิต
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๐๖๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านหกหมื่นบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดรายการ (ราคาอ้างอิง) ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗
 - ๓.๑ เครื่องคอมยยาสคลบชนิด ๓ แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจจำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑,๗๖๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
 - ๓.๒ เครื่องรักษาโดยการกระตุนให้ชักด้วยไฟฟ้า (Electroconvulsive Therapy: ECT)จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)
เป็นเงิน ๓,๐๖๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านหกหมื่นบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของรายการ (ราคาอ้างอิง) คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและรายการ
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดรายการ (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ นางกริณี สังข์ประคง
 - ๕.๒ นางสาวจิรพร นวลศรี
 - ๕.๓ นาย Jarvis ทองมาก

ใบแสดงรายละเอียดรายการสินค้าหรือบริการ

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ (00122890084000000)

เลขที่โครงการ : 62117427541

ชื่อโครงการ : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิธีการจัดหา : ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภทการจัดหา : ซื้อ

รหัส-ชื่อสินค้าหรือบริการ	งบประมาณ	ราคาคงเหลือ(ราคาก่อตัว)	แหล่งที่มา
รายการพิจารณาที่ 1			
เครื่องคอมพิวเตอร์นิค 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงาน	1,760,000.00	1,760,000.00	คณะกรรมการฯ
รายการพิจารณาที่ 2			
เครื่องรักษาโดยการกระตุนให้ชักด้วยไฟฟ้า (Electroconvulsive Therapy ECT)	1,300,000.00	1,300,000.00	คณะกรรมการฯ

วันที่แสดงข้อมูล 27/11/2562

ผู้จัดทำ : นลินี ภูมิวนิท